
เอกสารสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 02-885-5801-2 โทรสาร.02-885-5803

Calibration Report

A47-2021

Sound Level Meter Model BSWA309

Instrument : Sound level Meter

Manufacturer : bswa-tech.com

Date of Calibration : 22, April 2021

Dued Date of Calibrate : 22 - 25, April 2021

Calibrator

Instrument : Sound Calibrator

Manufacturer : Delta OHM srl

Model : HD-2020

Serial No. : 17021323

Range of Calibrator


Sound Pressure Level : 94.0 , 114 dB

Frequency : 1000 ± 1 %

Calibration Report

No.	Serial No.	Before Adjust	After Adjust	Inspection Result
1	540051	93.7	94.0	Pass
2	540073	93.9	94.0	Pass
3	540077	93.8	94.0	Pass


Calibrated by



(Mr.Suriya Suksalee)



Approved by



(Mr.Artit PongsngCram)

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 02-885-5801-2 โทรสาร.02-885-5803

High Volume Air Sampler Calibration Report

A47-2021

Calibration Method

Calibration Data

High Volume Air Sampler Data		Calibration Data		
Recorder No.	Blower No.	Date	Actual Flowrate	R ²
1	13	22/04/2021	$y = 26.806x + 4.9025$	0.9970
2	11	22/04/2021	$y = 28.166x + 2.7667$	0.9969
3	17	22/04/2021	$y = 27.572x + 3.5899$	0.9984
4	15	22/04/2021	$y = 26.877x + 4.254$	0.9962
5	9	22/04/2021	$y = 27.214x + 4.0505$	0.9983
6	16	22/04/2021	$y = 28.395x + 2.5113$	0.9951



Calibrated by

(Mr.Suriya Suksalee)

Approved by

(Mr.Artit PongsngCram)